

当院におけるMRI検査注意事項

検査不可	植込み型ペースメーカー・植込み型除細動器（MRI対応も含む）	材質に関係なく検査不可 (条件付きMRI対応デバイス患者様へのMRI検査の施設基準を当院では満たせないため)
	人工内耳・人工中耳（MRI対応も含む）	
	可動製義眼	
	チタン製以外の脳動脈クリップや頭蓋骨固定	
	磁石式人工肛門（磁石式ストーマ）	
	神経刺激装置（SCS・DBS・SNM）（MRI対応も含む）	
	美容整形術で顔面に金属糸等を埋め込んでいる方	
	マグネット式義歯・インプラント	
	乳房再建用エキスパンダー	
	尿管ステント DD テューマー	
	外傷などにより体内(目など)に材質不明の体内金属が混入している方	
	閉所恐怖症 ※要相談	
	妊娠または妊娠の可能性がある方	
条件付きで検査可能	冠動脈・大動脈・大腿・下腿ステント(MRI対応含む)	留置後3ヶ月以内は不可
	膀胱・胆管・大腸ステント	MRI対応なら検査可
	脳動脈ステント	MRI対応なら検査可
	心臓人工弁	1970年以前の製品は不可
	植込み型心電用データレコーダー	撮像条件の変更が必要
	体内埋込式インスリンポンプ・持続血糖測定器（センサー含む）	取り外して検査可
	消化器（胃と大腸）のクリップ（MRI対応含む）	消化管クリップ留置後1ヶ月以内は原則不可
	避妊リング	MRI対応なら検査可
	V-Pシャントバルブ留置	検査後に専門医による圧鑑認実施できない場合は検査不可
	磁石式のインプラントもしくは入れ歯	取り外して検査可
	縁内障フィルトレーションデバイス（（アルコンTM エクスプレスTM）	デバイス挿入後2週間以内は不可
	タトゥー、入れ墨、眉墨、アートメイク	
検査可能	チタン製 整形外科的金属（プレート、スクリュ）	検査可（古いものは発熱の可能性があり、万が一熱感など生じた場合は検査中止）
	胸骨ワイヤー	
	金歯、銀歯、ブリッジ、矯正、着脱不可の歯科インプラント	
その他	治療用置き針・巻き爪ワイヤー	原則取り外して検査可
	補聴器	接続部が金属のものは取り外せば検査可
	カラーコンタクト、ピアス、ブレスレットなど	取り外して検査可
	増毛パウダー（スーパーミリオンヘアなど）、かつら、つけ毛	検査日に塗布がなければ検査可
	薬剤浸透性絆創膏（ニトロダーム等）、体外センサー、湿布など	検査前にはがして検査可

- ・検査当日の問診時に上記の検査不可事項が判明した場合には、検査を中止いたします。あらかじめご了承ください。
- ・検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。
- ・2024年5月時点での注意事項になります。上記事項は予告なく変更になる可能性もあります。その他、ご不明な点ございましたら放射線科までお問合せ下さい。



MRI検査室に持ち込みできないもののリスト




可動製義眼
カラーコンタクト



人工内耳
人工中耳
補聴器
イヤリング
ピヤス



チタン製以外の脳動脈クリップ
かつら、つけ毛、髪留め
増毛パウダー、ヘアピン




磁石式義歯または入れ歯
磁石式インプラント



神経刺激装置
(SCS装置・DBS装置)




ネックレス
ブレスレット
時計



ペースメーカー
植込み型除細動器
(ICD、CRT-D)

磁石式ストーマ
(人工肛門)
ストマクリップ
インスリンポンプ



素材のわからない体内金属

その他のMRI検査室に持ち込めない持ち物

- ・ ピップエレキバン、ホッカイロ、アンクルウェイト
- ・ 薬剤浸透性絆創膏（湿布、ニトロダーム等）
- ・ 電子機器（携帯電話、スマートフォン、万歩計など）
- ・ 磁気カード（キャッシュカード、診察券など）
- ・ 保温下着（ヒートテック）
- ・ コルセット、財布、小銭、ベルト、メガネ、カギ、ボールペン、ライター
- ・ ネイルアートに使用される金属製の装飾品
- ・ つけまつげ、刺青、タトゥー

ご不明な点がございましたら、担当スタッフへご相談ください