

## 当院におけるMRI検査注意事項

<b>検査不可</b>	植込み型ペースメーカー・植込み型除細動器（MRI対応も含む）	材質に関係なく検査不可 （条件付きMRI対応デバイス患者様へのMRI検査の施設基準を当院では満たせないため）
	人工内耳・人工中耳（MRI対応も含む）	
	可動製義眼	
	チタン製以外の脳動脈クリップや頭蓋骨固定	
	磁石式人工肛門（磁石式ストーマ）	
	神経刺激装置（SCS・DBS・SNM）（MRI対応も含む）	
	美容整形術で顔面に金属糸等を埋め込んでいる方	
	マグネット式義歯・インプラント	
	乳房再建用エキスパンダー	
	尿管ステント DD テューマー	
	外傷などにより体内(目など)に材質不明の体内金属が混入している方	
	閉所恐怖症 ※要相談	
	妊娠または妊娠の可能性がある方	
<b>条件付きで検査可能</b>	冠動脈・大動脈・大腿・下腿ステント(MRI対応含む)	留置後3ヶ月以内は不可
	膵管・胆管・大腸ステント	MRI対応なら検査可
	脳動脈ステント	MRI対応なら検査可
	心臓人工弁	1970年以前の製品は不可
	植込み型心電用データレコーダ	撮像条件の変更が必要
	体内埋込式インスリンポンプ・持続血糖測定器（センサー含む）	取り外して検査可
	消化器（胃と大腸）のクリップ（MRI対応含む）	消化管クリップ留置後1ヶ月以内は原則不可
	避妊リング	MRI対応なら検査可
	V-Pシャントバルブ留置	検査後に専門医による圧確認実施できない場合は検査不可
	磁石式のインプラントもしくは入れ歯	取り外して検査可
	緑内障フィルトレーションデバイス（(アルコンTM エクスプレスTM)）	デバイス挿入後2週間以内は不可
	タトゥー、入れ墨、眉墨、アートメイク	
	<b>検査可能</b>	チタン製 整形外科的金属（プレート、スクリュー）
胸骨ワイヤー		
金歯、銀歯、ブリッジ、矯正、着脱不可の歯科インプラント		
<b>その他</b>	治療用置き針・巻き爪ワイヤー	原則取り外して検査可
	補聴器	接続部が金属のものは取り外せば検査可
	カラーコンタクト、ピアス、ブレスレットなど	取り外して検査可
	増毛パウダー（スーパーミリオンヘアーなど）、かつら、つまみ	検査日に塗布がなければ検査可
	薬剤浸透性絆創膏（ニトロダーム等）、体外センサー、湿布など	検査前にはがして検査可

- ・検査当日の問診時に上記の検査不可事項が判明した場合には、検査を中止いたします。あらかじめご了承ください。
- ・検査部位に近い場合は、画像に影響がでることがあります。ご相談ください。
- ・2024年5月時点での注意事項になります。上記事項は予告なく変更になる可能性もあります。その他、ご不明な点がございましたら放射線科までお問合せ下さい。